

# 國立屏東科技大學 112 學年度第 1 學期生物安全會 會議記錄

時間：113 年 1 月 17 日(星期三)上午 10 時

地點：行政大樓 3 樓第一會議室

主席：蔡總務長兼執行秘書 代

出席：如簽到簿

壹、主席致詞

貳、工作報告(略)

應到:22 人 實到:18 人 出席率:81.81%

紀錄：楊國輝

## 會議記錄

**【委員提問】**：滅菌釜是只有 BSL-2 實驗室才需要實施自動檢查，還是全部有滅菌釜的實驗室都要填自動檢查表格？

**【中心報告】**：所有有滅菌釜的實驗室都須要實施，在此加強宣導。因為小型滅菌釜屬於機械設備，都需要做定期檢查。BSL-2 實驗室需要上網登記，其中設備資料就有滅菌釜的部分需要進行登錄。現在中心去稽查各實驗室，也都要求包括小型滅菌釜要實施自動檢查。

**【委員補充】**：實驗室所有的東西只要是在公共區域燒起來，實驗室負責人可能涉及公共安全危險罪，因為實驗室善盡保養的職

責也是實驗室負責人的責任，所以如果有請人來維修保養請留下簽名的維護紀錄，才能善盡保養的職責。

**【委員提問】**：自動檢查以前是紙本，現在有開放網站填寫嗎？

**【中心報告】**：這是疾管屬的網站，只有 BSL-2 實驗室需要上網登錄更新，其餘都沿用原來制度填寫紙本表單。

**【委員提問】**：自動檢查表單是只要在實驗室保管？還是需要到系所或院級、校級的等級保管？

**【中心報告】**：目前所有的自動檢查的項目很多，表單都是由各個實驗室做保存，以利稽查。

**【主席補充】**：請各單位出席委員協助傳達主管機關稽查中的缺失項目並落實改善。

**參、提案討論：無**

**肆、臨時動議：無**

**伍、散會**

上午 10 時 30 分