

國立屏東科技大學

生物安全第二等級BSL-2實驗室安全查核作業

106.01.13生物安全會審議通過

一、內部查核：

查核目的：藉由定期主動查核作業，預先發現不安全與不衛生因素，將不符合事項予以矯正或預防，以防止危害發生，保障校內工作者之安全與健康。

查核重點：

1. 操作程序與維護作業是否符合等級之健康安全與防護需求規範，實驗室人員是否遵守相關規範。
2. 實驗室安全資訊標示與門禁管理情形。
3. 感染性生物材料管理、運送與保全措施。
4. 實驗室內生物材料管理、除污及感染性廢棄物處理、操作所需設備等是否符合相關規範。
5. 生物安全櫃(BSC)是否每年委外進行校驗，是否符合相規規範。
6. 訂定消毒滅菌措施，針對不宜以滅菌器除污之品項，亦訂有其他合適可行的除污方法。
7. 高溫高壓滅菌鍋是否具相關紀錄備查與規範。
8. 有關設施及設備之使用、保養、維修及檢測記錄供備查。
9. 實驗室人員教育訓練。
10. 個人防護器具(PPE)。
11. 感染性生物材料洩漏處理程序，並張貼於受查核實驗室明顯處。
12. 意外事件處理程序、通報流程及緊急處理措施。

查核方式：

1. 先進行實驗室自我評量。
2. 環安中心人員實地查核。
3. 初查查核未通過者，限期內改善完畢重新複查。

查核時間：定期（一年一次）
不定期（每年不定期數次抽查）

二、外部查核：

查核時間：採不定期查核

查核單位：衛福部疾病管制署、屏東縣政府衛生局